機械器具 49　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

一般医療機器　歯科用ファイル 31878021

# ＲＥＡＤＹＳＴＥＥＬ センシアスフレクソファイル

**【禁忌・禁止】**

ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

種類：45 種類

| 種類（φISO ） | | カラーコード |
|---|---|---|
| 006 | | ピンク |
| 008 | | グレー |
| 010 | | パープル |
| 015 | 045 | ホワイト |
| 020 | 050 | イエロー |
| 025 | 055 | レッド |
| 030 | 060 | ブルー |
| 035 | 070 | グリーン |
| 040 | 080 | ブラック |

長さ(mm)：21，25，31

材質：下記のとおり。

| 部位 | 材質 |
|---|---|
| 刃　部 | ステンレス鋼 |
| 柄　部、ストッパー | シリコーン |

**【使用目的又は効果】**

上下方向の往復運動又は引き上げ動作による切削・研磨で根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる歯科手用器具である。

**【使用方法等】**

1. ファイリングはＫファイルの通法により行ってください。
2. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。

(1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
(2) 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
(3) 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
(4) オートクレーブなどで滅菌してください。
(5) 薬液を使用の際は、その取扱説明書をご確認してください。
(6) 滅菌方法によっては変色する場合がありますので、ご注意してください。

［使用方法に関連する使用上の注意］

1. 使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。
2. 連続した回転ファイリングは、破折の原因になるので 1/4～1/2 回転以内、曲がった根管の場合は 1/16～1/8 回転以内で小刻み運動で行うこと。
3. ラバーダム等を併用し、誤飲防止に努めること。
4. 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

**【使用上の注意】**

［重要な基本的注意］

1. 本品は、患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品を使用する際は、グローブ、保護めがね、マスク等の保護具を着用すること。
3. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
4. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
5. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
6. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕・変色させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

［保管方法］

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

［有効期間］

滅菌の保証期間(年月)は包装に記載。
（記載の滅菌保証期間は自己認証（当社データ）による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元　デンツプライ三金株式会社
製造国　スイス
製造元　デンツプライ メルファー インスツルメント社
DENTSPLY Maillefer Instruments

［問い合わせ窓口］

カスタマー・サービス・センター
電話番号　0120-789-123
FAX 番号　0120-789-129

機械器具 49　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

一般医療機器　歯科用ファイル　31878021

# ＲＥＡＤＹＳＴＥＥＬ センシアスＨファイル

**【禁忌・禁止】**

ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

種類：42 種類

| 種類（φISO ） | | カラーコード |
|---|---|---|
| 008 | | グレー |
| 010 | | パープル |
| 015 | 045 | ホワイト |
| 020 | 050 | イエロー |
| 025 | 055 | レッド |
| 030 | 060 | ブルー |
| 035 | 070 | グリーン |
| 040 | 080 | ブラック |

長さ(mm)：21，25，31

材質：下記のとおり。

| 部位 | 材質 |
|---|---|
| 刃　部 | ステンレス鋼 |
| 柄　部、ストッパー | シリコーン |

**【使用目的又は効果】**

上下方向の往復運動又は引き上げ動作による切削・研磨で根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる歯科手用器具である。

**【使用方法等】**

1. ファイリングはHファイルの通法により行ってください。
2. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。
   (1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
   (2) 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
   (3) 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
   (4) オートクレーブなどで滅菌してください。
   (5) 薬液を使用の際は、その取扱説明書をご確認してください。
   (6) 滅菌方法によっては変色する場合がありますので、ご注意してください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。
2. 回転ファイリングは、破折の原因になるので、行わないこと。
3. ラバーダム等を併用し、誤飲防止に努めること。
4. 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

1. 本品は患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品を使用する際は、グローブ、保護めがね、マスク等の保護具を着用すること。
3. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
4. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
5. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
6. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕・変色させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

滅菌の保証期間(年月)は包装に記載。
（記載の滅菌保証期間は自己認証（当社データ）による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元　デンツプライ三金株式会社
製造国　スイス
製造元　デンツプライ メルファー インスツルメント社
DENTSPLY Maillefer Instruments

[問い合わせ窓口]

カスタマー・サービス・センター
電話番号　0120-789-123
FAX 番号　0120-789-129



BC-TA158

機械器具 49　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

一般医療機器　歯科用根管リーマ 31875001

# ＲＥＡＤＹＳＴＥＥＬ センシアスフレクソリーマー

**【禁忌・禁止】**

ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

種類：42 種類

| 種類（φISO ） | | カラーコード |
|---|---|---|
| 008 | | グレー |
| 010 | | パープル |
| 015 | 045 | ホワイト |
| 020 | 050 | イエロー |
| 025 | 055 | レッド |
| 030 | 060 | ブルー |
| 035 | 070 | グリーン |
| 040 | 080 | ブラック |

長さ(mm)：21，25，31

材質：下記のとおり。

| 部位 | 材質 |
|---|---|
| 刃　部 | ステンレス鋼 |
| 柄　部、ストッパー | シリコーン |

**【使用目的又は効果】**

サイドカットによる根管の創傷清拭又は拡大のために用いる回転式歯科手用器具である。

**【使用方法等】**

1. リーミングは通法により、挿入、回転（1/4～1/2 回転）、引き抜きの操作を行ってください。
2. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。

(1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
(2) 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
(3) 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
(4) オートクレーブなどで滅菌してください。
(5) 薬液を使用の際は、その取扱説明書をご確認してください。
(6) 滅菌方法によっては変色する場合がありますので、ご注意してください。

［使用方法に関連する使用上の注意］

1. 使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。
2. リーミング時の回転は、1/2 回転以上行うと破折することがあるので、注意すること。
3. ラバーダム等を使用し、誤飲防止に努めること。
4. 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

**【使用上の注意】**

［重要な基本的注意］

1. 本品は患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品を使用する際は、グローブ、保護めがね、マスク等の保護具を着用すること。
3. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
4. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
5. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
6. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕・変色させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

［保管方法］

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

［有効期間］

滅菌の保証期間(年月)は包装に記載。
（記載の滅菌保証期間は自己認証（当社データ）による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

| | |
|---|---|
| 製造販売元 | デンツプライ三金株式会社 |
| 製造国 | スイス |
| 製造元 | デンツプライ メルファー インスツルメント社<br>DENTSPLY Maillefer Instruments |

［問い合わせ窓口］

カスタマー・サービス・センター

| | |
|---|---|
| 電話番号 | 0120-789-123 |
| FAX 番号 | 0120-789-129 |

機械器具 49　医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器

一般医療機器　歯科用ファイル 31878021

# ＲＥＡＤＹＳＴＥＥＬ センシアスプロファインダー

**【禁忌・禁止】**

ニッケル又は本品に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

**【形状・構造及び原理等】**

種類：9 種類

| 種類（φISO ） | カラーコード |
|---|---|
| 010 | パープル |
| 013 | ホワイト |
| 017 | イエロー |

長さ(mm)：18, 21, 25

材質：下記のとおり。

| 部位 | 材質 |
|---|---|
| 刃　部 | ステンレス鋼 |
| 柄　部、ストッパー | シリコーン |

**【使用目的又は効果】**

上下方向の往復運動又は引き上げ動作による切削･研磨で根管を拡大し、根管壁を平滑にするために用いる歯科手用器具である。

**【使用方法等】**

1. ファイリングは通法により行ってください。
2. 本品の使用後は、次の手順で、洗浄、滅菌してください。

(1) 付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬します。
(2) 洗浄液から取り出して水洗し、必要であれば超音波洗浄を行い、血液、組織などを完全に取り除き、消毒液に浸漬します。
(3) 消毒液から取り出して水洗し、十分に水切りしてください。
(4) オートクレーブなどで滅菌してください。
(5) 薬液を使用の際は、その取扱説明書をご確認してください。
(6) 滅菌方法によっては変色する場合がありますので、ご注意してください。

[使用方法に関連する使用上の注意]

1. 使用前、使用中に本品の損傷有無を確認すること。
2. 連続した回転ファイリングは、破折の原因になるので、1/4～1/2 回転以内、曲がった根管の場合は 1/16～1/8 回転以内の小刻み運動で行うこと。
3. ラバーダム等を併用し、誤飲防止に努めること。
4. 折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

**【使用上の注意】**

[重要な基本的注意]

1. 本品は患者毎に滅菌を行い、感染防止に十分配慮すること。
2. 本品を使用する際は、グローブ、保護めがね、マスク等の保護具を着用すること。
3. 本品は刃部先端が鋭角になっているので、使用の際は人体へ損傷を与えないように十分に注意して扱うこと。
4. 本品の使用後は、できるだけ早く血液、組織などの異物を除去し、洗浄・消毒すること。また、洗浄・消毒の際は、必ずゴム製の手袋を着用すること。
5. 本品の使用後は、付着している血液、組織などが乾燥しないよう、直ちに洗浄液などに浸漬すること。
6. 洗浄液、消毒液などを使用する際は、その説明書に従って行うこと。
7. 強アルカリ、強酸性の洗浄液や消毒液は、本品を腐蝕・変色させる恐れがあるので、使用を避けること。また、金属たわし、クレンザーなどは、本品の表面が損傷するので使用しないこと。

**【保管方法及び有効期間等】**

[保管方法]

1. 本品は、清潔な場所に保管すること。
2. 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

[有効期間]

滅菌の保証期間(年月)は包装に記載。
（記載の滅菌保証期間は自己認証（当社データ）による。）

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売元　デンツプライ三金株式会社
製造国　スイス
製造元　デンツプライ メルファー インスツルメント社
DENTSPLY Maillefer Instruments

[問い合わせ窓口]

カスタマー・サービス・センター
電話番号　0120-789-123
FAX 番号　0120-789-129